

VÉLEMÉNYEZÉS

AT2TF

Péterfy S. u. Kórház - Rendelőintézet, Gyógytornász Csoport Konráth Miklósné Gyógytornász

„1999 okt.-tól használja gyógytornász csapatunk az AT2TF készüléket. Tapasztalataink nagyrészt megegyeznek az ismertetőben közöltekkel. Nagy létszámú betegen, változatos betegségcsoportokban alkalmaztuk ambuláns és bentfekvő beteganyagban.

1. Agyi történések (centrális, spastikus bénulások) kezelésében nincs tapasztalatunk, csupán a bénulás kísérőjelenségeként megjelenő fájdalom csillapítására használtuk jó effektussal.
2. A perifériás idegek sérülésnél fellépő (részleges v. teljes izombénulások) esetében csak akkor tudtunk izom-összehúzódást kiváltani, ha a – denervált izom relatív hosszú izomhassal és viszonylag rövid inas résszel rendelkezett, és az idegsérülés 1 hónapnál nem volt régebbi. Ott, ahol már fellépett az ún. „izomelfajulási reakció” (2-3 hónap után) , -már nem tudtunk izom-összehúzódást elérni.
3. Normális beidegzésű, de inaktivitási atrophias izomnál (pl.: hosszú gipszelés után) viszonylag kis áramerősséggel „Burst” üzemmódban tökéletes izom-összehúzódást tapasztaltunk.
4. Különösen jó tapasztalatokat szerezünk fájdalomcsillapítás terén a következő betegségcsoportokban:
 - Nyak-váll syndr. , sérv esetén
 - Ágyéki-háti gerincfájdalmak terén, függetlenül a fájdalom okától
 - „Tennisz” – „golf” – könyök, in hüvelygyulladások terén
 - Degeneratív ízületi elváltozásoknál
 - Posttraumás fájdalmak, Sudeck atroph. kezelésekor.

Kiemelnénk, hogy nagyon jól megszerkesztett kezelési útmutatót mellékeltek a készülékhez, melynek használatával laikus is gond nélkül, precízen tudja végrehajtani a kezelést.

Köszönjük, hogy kipróbálhattuk a készülékeket!

2000. Augusztus

Péterfy S. u Kórház-Rendelő
Gyógytornász Csoportjának tagjai:
Konráth Miklósné gyógytornász”