

Kipróbálásra rendelkezésemre bocsátott schwa-medico Manus 30 lézerkészülék alkalmazásával szerzett tapasztalatok.

A készülék a kézidarabba épített akkumulátorokkal működik. Teljesítménye 30 mW, alkalmazott hullámhossz 675 nm. A készülékhez egyenes és hajlított fényvezető tartozik. A készülék ergonómiája jó, fertőtleníthetősége megoldott.

A készülékkel az egyhónapos próbaidőszak alatt a következő akut es krónikus betegségek terápiájára alkalmaztam:

- Afta
- Herpesz
- Decubitus protetica
- Gingivitis
- Paradontosis

Összesen 35 megjelenésben a fenti esetek mind előfordultak. Egy beteg 2-3 alkalommal kapott 1-2 perces kezelést.

Afta kezelése esetén a tünetek nagyon gyorsan, látványosan megszűntek, fájdalommentességet már az első kezeléssel el lehetett érni.

Herpesz esetén két páciensen végeztem kezelést.

Az első páciensen, családtagon kezdeti fázisban, orrban fellépő elváltozások kifejlődését a napi többszöri 1-2 perces kezelés meggátolta.

Második esetben Herpesz Labialis alakult ki. 2-szer 3 perces kezeléssel a fájdalom megszűnt.

Egy eset decubitus protetica eset két egymást követő napon történő 2-2 perces kezeléssel a gyógyulás kezdeti stádiumát felgyorsította. A kezelés jelenleg is folyamatban van.

Gingivitis esetén fogkö-eltávolítással kombinálva, az íny regenerációját felgyorsította.

Paradontosis egy hosszú kialakulású krónikus betegség. A kezelésről rövid távú igazolható eredményről nem tudok beszámolni. Ugyanakkor a kezelt betegek szeretik ezt a kezelési formát és szubjektíven a fogaik mozgására vonatkozóan kedvező változásról számoltak be.

Balatonalmádi, 2006. május 7.

Dr. Wikarek Anna fogszakorvos  
8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 8.  
Tel. 88-438-575

**DR. WIKAREK ANNA**

fogszakorvos  
8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 8.  
Telefon/fax: (88)-438-575  
Ágazati azonosító kód: 190096248  
Adószám: 54273193-1-39